■FACT シート

日付（H16 年 10 月 1 日）

＜基本情報＞

受付 No.411142

品　　　名：「カリスマ」ヒーリングソニック

販　　　売：株式会社ユニーク

株式会社ワイ・ティ・ビィ

〒112-0012　東京都文京区大塚 1-5-18　大伴ビル 10 階 1002 号

TEL：03-6902-3677　FAX：03-6902-3678

商品センター

〒369-1203　埼玉県大里郡寄居町寄居 1114

TEL：048-581-5521

申　請　者：株式会社ユニーク

備　　　考：

上記につき下記内容のようにファクトシートを認定する。

ファクトシート No.411142

認定年月日　2004　年　9 月　30 日

---

[1] 概要

品　名：「カリスマ」ヒーリングソニック

形　状：超音波出力材器

用　法：専用ジェルを皮膚や患部に塗布後、プローブ（超音波振動端子）をあてる。

■FACT シート

日付（H16 年 10 月 1 日）

[2] 本製品に関する認定情報

ＡＣアダプター　INPUT：ＡＣ100Ｖ　50／60Hz　56ＶＡ
OUTPUT：ＤＣ15Ｖ　1.6Ａ
過負荷保護回路付

超音波出力周波数　2.0Mhz　±１０％（ボディ・スポッツ共）

超音波出力　ボディ　MAX3.5W／c㎡　±　10%
スポッツ　MAX1.5W／c㎡　±　10%

ヘッド材質　ＳＵＳ３０４

振動子(セラミック)　ボディ　４０¢
スポッツ　２８¢

タイマー　ボディ　２０分
スポッツ　１０分

出力パターン　連続出力
1sec 毎の断続出力

プローブの認識　ボディプローブとスポッツポローブを自動認識

[3] 提出された資料
1. 商品現品
2. パンフレット
3. ボディ＆スポッツソニック仕様証明書
4. 取扱説明書・保証書　安全マニュアル
5. 超音波の原理と応用
6. 履歴事項全部証明書
7. 賠償責任保険証券写し